

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和6年4月11日

国立大学法人東京大学総長 藤井 輝夫

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13

○第1号

### 1 調達内容

(1) 品目分類番号 22、31

(2) 導入計画物品及び数量

血管撮影装置システム 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期

令和6年度2月以降

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

A 循環器用血管撮影装置一式を有すること。

B 血管撮影装置は、バイプレーンシステムでの血管撮影検査および血管内治療(IVR)が可能であること。

C 血管撮影装置は、ワークステーションを有しており、画像処理等での手技支援システムが可能であること。

D 血管撮影装置は、アブレーション治療に対応できる機能を有すること。

E 本件調達の血管撮影装置は、院内の既存ネットワークと接続でき、患者情報の取得や画像の転送・保管といった連携が行えること。

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 令和6年5月27日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)

(2) 提供先 〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学部附属病院事務部管理課経理チーム 福代 美樹 電話 03-5800-8616

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 令和6年4月11日から令和6年5月27日まで。

(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5 Summary

- (1) Classification of the products to be procured : 22, 31
- (2) Nature and quantity of the products to be purchased : Angiography System 1 Set
- (3) Type of the procurement : purchase
- (4) Basic requirements of the procurement :
  - A This angiography system unit must have one for cardiovascular-specific type set.
  - B This angiography system unit must have a biplane system for angiographic examination and interventional radiology (IVR).
  - C This angiography system unit should have a workstation capable of treatment support using an image processing technique.
  - D This angiography system unit must have a function that enables ablation treatment.
  - E The systems must be able to connect to the existing network within the hospital, acquire patient information, and transfer and store images.
- (5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 27 May, 2024
- (6) Contact point for the notice : FUKUYO Miki, Procurement Section, Accounting Division, The University of Tokyo Hospital, 7-3-1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113-8655 Japan, TEL 03-5800-8616